集団災害用酸素吸入装置

仕様書

公立大学法人和歌山県立医科大学

１　調達物品の構成内容と必要な仕様

機器名：集団災害用酸素吸入装置　一式

（内訳）　　数量

１　集団災害用酸素吸入装置本体　５台

２　その他必要条件

１　障害支援体制

２　設置条件

３　その他

３　納入機器のうち医療用具に関しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の承認を得た物品であること。

１　調達物品の構成内容と必要な仕様

１－１　集団災害用酸素吸入装置本体

1-1-1　本体は、集団災害時などにおいて同時に8名の患者に使用可能な酸素吸入装置であること。

1-1-2　酸素流量が1、1.5、2、3、4、5、6、7、9、12、15Lにて11段階に切替可能な調整器が1台に付き8台付属されていること。

1-1-3　移動用のキャリングケースが５個付属されていること。

1-1-4　キャリングケース収納時の寸法は縦350㎜×横530㎜×高さ350㎜前後であり、コンパクトであること。

1-1-5　本体重量は、約９kgであり軽量であること。

1-1-6　別途専用の酸素マスクが１台に付き８個付属されていること。

1-1-7　酸素吸入器やマニテーターバルブ等のディマンドバルブが接続可能であること。

２　その他必要条件

２－１　障害支援体制

2-1-1　本機種に障害が生じた場合、復旧のための迅速な対応が行えること。

2-1-2　障害時対応として、修理部品が用意されていること。

2-1-3　サービスエンジニア体制が整っていること。

２－２　設置条件

2-2-1　設置の管理者、運用者に技術指導を行うこと。

2-2-2　納入期限は、平成２８年２月２９日（月）までとする。

2-2-3　納入場所は、立体駐車場２階災害備蓄倉庫とする。

2-2-4　指定納入場所への設置に関する据付、調整等の作業は、契約金額内で施工すること。

2-2-5　納入機器は、最新機、新造、未使用であること。

２－３　その他

2-3-1　日本語の取扱説明書を提供すること。

2-3-2　品質保証期間は、平成２９年３月３１日（金）までとする。

2-3-3　適合参考物品　　・マルチフローレーター
　　メーカー：日本光電工業

2-3-4　同等品は、可とする。
　　ただし、適合参考物品以外で応札する場合は、平成２７年９月３０日（水）

までに事務局経理課あて同等品であることを証明する書類（カタログ等を含む）を提出し、平成２７年１０月６日（火）までにその承認を得ること。

この場合において、適合参考物品以外の物品については、規格等の各項目についてその性能・機能、仕様書との相違点等を十分明らかにしなければならない。

2-3-5　仕様書に関する質問がある場合は、平成２７年９月３０日（水）までに下記へ書面により行うこと。

公立大学法人和歌山県立医科大学事務局危機対策室

〒641－8509

和歌山市紀三井寺８１１－１

TEL 073-441-0853(直通) / FAX 073-441-0585